



An ISO 9001 Certified Company

P.O. Box 389  
Loveland, CO 80539  
(970) 669-3050

## *Certificate of Analysis*

**PRODUCT:** DPD Total Chlorine Reagent

**PRODUCT NUMBER:** 1407628-LM

**LOT NUMBER:** 5055

**MANUFACTURE DATE:** 03/04/2025

**DATE OF ANALYSIS:** 03/05/2025

| PRUEBA                                                                                                                                                 | PRESUPUESTO     | RESULTADOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Porcentaje de recuperación para un estándar de 2,5 ppm. Concentración de cloro determinada mediante DPD en comparación con la concentración real.      | Del 93 al 107 % | 98.5       |
| pH del reactivo en solución.                                                                                                                           | 6,2 a 6,5       | 6.32       |
| Blanco de reactivo de dureza: Absorbancia de un estándar de dureza de 1000 ppm como CaCO3 frente a agua desionizada medida a 530 nm en celdas de 1 cm. | 0 a 0,009 abs   | 0,0030     |

The expiration date is Feb 2030

Certified by: *Scott Als*

Analytical Service Chemist